

符合性声明

本声明涵盖的指令：

2014/30/EU 电磁兼容性
 2014/35/EU 低电压
 2011/65/EU 限制使用某些有害物质

声明产品： Elcometer 270 针孔检测仪

部件编号： D270----2, D270----3, D270----4

产品选项： T27016960, T27016867, T27016965, T27016998,
 T27016999, T27018191, T99916996

这个符合性声明由易高有限公司全权负责发布。上述产品符合上述欧盟指令的要求，符合以下标准：

EN 61326-1:2013 IEC 61326-1:2012 B类 ¹ , 1组 ISM ²	电气设备用于测量，控制和实验室使用 - EMC要求。 第1部分 一般要求
EN 61010-1:2010 IEC 61010-1:2010	电气设备的安全要求，用于测量，控制和实验室使用。 第1部分 一般要求
EN 50581:2012	用于评估有害物质限制的电气和电子产品的技术文件

¹ B级产品: 为国内机构所使用, 直接连接到为住宅用的建筑物提供的低压供电网络.

² 第1组ISM产品 : 类产品产生的/或使用的导电耦合射频能量, 是设备内部本身运作所必需的.



签名：

M. C. Sellars

曼彻斯, 英国

日期：2016年7月4日

权限：董事经理