

Déclaration de Conformité

Directives couvertes par cette Déclaration :

2014/30/EU Compatibilité électromagnétiques

Déclare que le(s) produit(s) : **Elcometer NDT Jauges de tension de boulons**

Référence(s) : **BG80DL, BG80TDL**

Option(s) produit : **TL-24030-3, TL-24030-(10-12), TL-24031, TL-24032,
TX10M0AM-(2-3), TX10M0CM-(4-5), TX2M25CM-(5-6), TX2M25DM,
TX2M25EM-(5-6), TX2M25GM, TX5M00AM-(2-3), TX5M00CM-(7-8),
TX5M00DM, TX5M00EM-(6-7), TX5M00GM, TZ-24039**

La présente Déclaration de Conformité est établie sous la seule responsabilité d'Elcometer Limited. Les produits identifiés ci-dessus sont conformes aux exigences de la Directive UE sus mentionnée car ils sont conformes aux normes suivantes :

EN 61326-1:2013¹ IEC 61326-1:2012 Classe A², Groupe 1³ ISM	Equipement électrique de mesure, contrôle et laboratoire - exigences EMC. Partie 1 Exigences générales
--	---

¹ CKC Laboratories Inc Rapport d'essai 92753-7

² Les produits de Classe A peuvent être utilisés dans tous les établissements autres que domestiques et ceux directement reliés à un réseau basse tension qui alimente des bâtiments à usage domestique.

³ Produit ISM de Groupe 1 : produit dans lequel on génère et/ou utilise intentionnellement l'énergie radioélectrique nécessaire au fonctionnement interne de l'équipement lui-même.



Signé :

M. C. Sellars

Manchester, Royaume-Uni

Date : 4 juillet 2016

Autorité : Directeur Général