

## Declaración de conformidad

### Las directivas cubiertas por esta declaración:

2014/30/EU    Compatibilidad Electromagnética

Declara que el producto o los productos:    **Elcometer NDT Monitor de Tensión de Tornillos**

Número(s) de pieza:    **BG80DL, BG80TDL**

Opción u opciones de producto:    **TL-24030-3, TL-24030-(10-12), TL-24031, TL-24032, TX10M0AM-(2-3), TX10M0CM-(4-5), TX2M25CM-(5-6), TX2M25DM, TX2M25EM-(5-6), TX2M25GM, TX5M00AM-(2-3), TX5M00CM-(7-8), TX5M00DM, TX5M00EM-(6-7), TX5M00GM, TZ-24039**

Esta declaración de conformidad se expide bajo la responsabilidad exclusiva de Elcometer Limited. Los productos identificados más arriba cumplen los requisitos de la Directiva de la UE indicada más arriba mediante el cumplimiento de las siguientes normas:

**EN 61326-1:2013<sup>1</sup>**  
**IEC 61326-1:2012**  
**Clase A<sup>2</sup>, Grupo 1<sup>3</sup> ISM**

Equipos eléctricos para medición, control y uso en laboratorio – Requisitos de EMC.  
Parte 1, Requisitos generales

<sup>1</sup> CKC Laboratories Inc Informe de prueba 92753-7

<sup>2</sup> Producto de clase A: Es apto para su uso en cualquier entorno que no sea doméstico o conectado directamente a una red de suministro de baja tensión que suministre a edificios dedicados a uso residencial.

<sup>3</sup> Producto de Grupo 1 ISM: Producto que genera y/o utiliza intencionadamente energía de radiofrecuencia de acoplamiento conductivo necesaria para el funcionamiento interno del propio equipo.



Firmado:

M. C. Sellars

Manchester, Reino Unido

Fecha: 4 de julio de 2016

Autoridad: Director General